

# 校准证书

## CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:



第 1 页 共 6 页

Certificate No.

J202302080310A-0006-G1

Page

of

委托方

LADE-Laboratorio de Avaliacoos e Desenvolvimento Energetico

Client

联络信息

block 1 lot 13,Presidente Kennedy Ave.,Duque de Caxias,Rio de Janeiro-Brazil

Contact Inf.

仪器名称

EFT Immunity Measurement

Description

型号/规格

EFT61000-4

制造厂

LISUN GROUP

Model/Type

Manufacturer

出厂编号

0450A1621251

管理号

-----

Serial No.

Asset No.

接收日期

2023年02月15日

校准日期

2023年02月15日

Receipt Date

Y M D

Cal. Date

Y M D

发布日期

2023年02月15日

Issued Date

Y M D

批准

Approved by

李文兴

李文兴

审核

Inspected by

刘灿星

刘灿星

校准

Calibrated by

邵松军

邵松军

证书专用章

(Stamp)

总部地址(Headquarters Add.): 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

No.163.Pingyun Rd, West of HuangPu Ave.Guangzhou Guangdong China

实验室地址(Add.of the Lab): 广东省广州市黄埔大道西平云路163号

No.163.Pingyun Rd,West of HuangPu Ave.Guangzhou,Guangdong,China

联系电话(Tel.):400-602-0999

邮政编码(Postcode):510656

网站(Website):http:// www.grgtest.com

电子邮件(E-mail):grgtest@grgtest.com



扫一扫验真伪

## 校准说明 DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: J202302080310A-0006-G1

第 2 页 共 6 页

Certificate No.

Page of

- 1.本实验室的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求,校准结果均可溯源至国际单位制(SI)。(The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017,the calibration results are traceable to the International System of Units (SI).)
- 2.本结果仅对本次校准样品有效。未经实验室批准,不得部分复制。如有疑问请在15个工作日内反馈。(The result is only valid for the calibrated sample.The certificate shall not be reproduced except in full,without the written approval of our laboratroy .please feedback to us within 15 days if you have any question.)
- 3.本证书编号具有唯一性,后缀若带有“-Gx”的证书为替换证书,自发出后原证书即刻作废。(Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.)
- 4.证书中最大允许误差、判定结果仅供参考,其中“P”代表“合格”,“F”代表“不合格”,“N/A”代表“不适用”。使用人员应结合实际测量需求,评估测量不确定度对符合性评定的影响。(MPE & judgement result in the datasheet is only for reference , "P" is "Pass" , "F" is "Fail" and "N/A" is "Not Applicable".Whereas users should evaluate the effects of MU of calibration results on conformance assessment by actual measurement.)
- 5.本次校准的技术依据及CNAS认可范围,超出范围的内容未被认可。详细认可范围请查看CNAS网站证书附件。(Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which isn't accredited. Please see the attachment of certificate on CNAS website for details.)

JJF 1672-2017 电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范(C.S. for Electrical Fast Transient/Burst Smiulators) 脉冲电压:  $\pm(0.1\sim 8)$ kV 上升时间: 1ns~1ms 持续时间: 1ns~1s 重复频率: (1~200)kHz

### 6. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称	编号	证书号/有效期	溯源机构	技术特征
Description	Serial No.	Certificate No./ Due Date	Traceability Institute	Technique Character
群脉冲衰减器	16091503	J202205199016-0010 2023-05-30	广州广电计量检测股份有限公司	$U=1.0\text{dB} (k=2)/U=4.0\Omega (k=2)$
群脉冲衰减器	16091504	J202205199016-0011 2023-05-30	广州广电计量检测股份有限公司	$U=1.0\text{dB} (k=2)/U=4.0\Omega (k=2)$
示波器	C058276	J202211301890-0041 2023-12-19	广州广电计量检测股份有限公司	直流增益: $\pm 1.5\%$ ;时基: $\pm 10\text{ppm}$

### 7. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration):

地点 客户三楼实验室 温度 21 °C 相对湿度 52 %  
Place Temperature Relative Humidity

### 8. 建议复校时间间隔: 1年,送校单位也可按实际使用情况自主决定。

Suggested calibration interval is 1 year or it can be altered depending on the actual usage of the user.

## 校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: J202302080310A-0006-G1

第 3 页 共 6 页

Certificate No.

Page of

1、外观以及一般性检查: 正常

In view of External and Generality check : Pass

2、脉冲电压峰值

Pulse Voltage Peak Value

负载 Load (Ω)	电压设定值 Voltage (kV)	标称值 Nominal (kV)	实测值 Measured (kV)	误差 Error (kV)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)	允许误差 MPE (kV)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
50	0.25	0.125	0.113	0.012	3.5	± 0.013	P
	0.5	0.25	0.228	0.022	3.5	± 0.025	P
	1.0	0.5	0.47	0.03	3.5	± 0.05	P
	2.0	1.0	0.91	0.09	3.5	± 0.10	P
	4.0	2.0	1.80	0.20	3.5	± 0.20	P
	-0.25	-0.125	-0.114	-0.011	3.5	± 0.013	P
	-0.5	-0.25	-0.231	-0.019	3.5	± 0.025	P
	-1.0	-0.5	-0.48	-0.02	3.5	± 0.05	P
	-2.0	-1.0	-0.92	-0.08	3.5	± 0.10	P
	-4.0	-2.0	-1.81	-0.19	3.5	± 0.20	P
1000	0.25	0.24	0.253	-0.013	3.5	± 0.024	P
	0.5	0.48	0.498	-0.018	3.5	± 0.048	P
	1.0	0.95	1.04	-0.09	3.5	± 0.10	P
	2.0	1.9	2.05	-0.15	3.5	± 0.19	P
	4.0	3.8	4.10	-0.30	3.5	± 0.38	P
	-0.25	-0.24	-0.253	0.013	3.5	± 0.024	P
	-0.5	-0.48	-0.502	0.022	3.5	± 0.048	P
	-1.0	-0.95	-1.03	0.08	3.5	± 0.10	P
	-2.0	-1.9	-2.07	0.17	3.5	± 0.19	P
	-4.0	-3.8	-4.10	0.30	3.5	± 0.38	P

耦合@50Ω

Couple@50Ω

线路 Line (/)	电压设定值 Voltage (kV)	标称值 Nominal (kV)	实测值 Measured (kV)	误差 Error (kV)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)	允许误差 MPE (kV)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
L1	4.0	2.0	1.82	0.18	3.5	± 0.20	P
	-4.0	-2.0	-1.82	-0.18	3.5	± 0.20	P
L2	4.0	2.0	1.82	0.18	3.5	± 0.20	P
	-4.0	-2.0	-1.81	-0.19	3.5	± 0.20	P
L3	4.0	2.0	1.82	0.18	3.5	± 0.20	P
	-4.0	-2.0	-1.81	-0.19	3.5	± 0.20	P
N	4.0	2.0	1.81	0.19	3.5	± 0.20	P
	-4.0	-2.0	-1.81	-0.19	3.5	± 0.20	P
PE	4.0	2.0	1.81	0.19	3.5	± 0.20	P
	-4.0	-2.0	-1.82	-0.18	3.5	± 0.20	P

## 校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: J202302080310A-0006-G1

第 4 页 共 6 页

Certificate No.

Page of

### 3、脉冲上升时间

#### Pulse Rise Time

负载 Load (Ω)	电压设定值 Voltage (kV)	标称值 Nominal (ns)	实测值 Measured (ns)	误差 Error (ns)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)	允许误差 MPE (ns)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
50	0.25	5	4.2	0.8	5.5	± 1.5	P
	0.5	5	4.1	0.9	5.5	± 1.5	P
	1.0	5	4.1	0.9	5.5	± 1.5	P
	2.0	5	5.3	-0.3	5.5	± 1.5	P
	4.0	5	4.2	0.8	5.5	± 1.5	P
	-0.25	5	4.2	0.8	5.5	± 1.5	P
	-0.5	5	4.1	0.9	5.5	± 1.5	P
	-1.0	5	4.2	0.8	5.5	± 1.5	P
	-2.0	5	4.2	0.8	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5	4.2	0.8	5.5	± 1.5	P
1000	0.25	5	5.2	-0.2	5.5	± 1.5	P
	0.5	5	5.1	-0.1	5.5	± 1.5	P
	1.0	5	4.9	0.1	5.5	± 1.5	P
	2.0	5	4.7	0.3	5.5	± 1.5	P
	4.0	5	4.8	0.2	5.5	± 1.5	P
	-0.25	5	5.1	-0.1	5.5	± 1.5	P
	-0.5	5	4.9	0.1	5.5	± 1.5	P
	-1.0	5	4.8	0.2	5.5	± 1.5	P
	-2.0	5	4.7	0.3	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5	4.7	0.3	5.5	± 1.5	P

#### 耦合@50Ω

#### Couple@50Ω

线路 Line (/)	电压设定值 Voltage (kV)	标称值 Nominal (ns)	实测值 Measured (ns)	误差 Error (ns)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)	允许误差 MPE (ns)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
L1	4.0	5.5	5.8	-0.3	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5.5	5.9	-0.4	5.5	± 1.5	P
L2	4.0	5.5	5.8	-0.3	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5.5	5.9	-0.4	5.5	± 1.5	P
L3	4.0	5.5	5.8	-0.3	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5.5	5.8	-0.3	5.5	± 1.5	P
N	4.0	5.5	6.0	-0.5	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5.5	5.9	-0.4	5.5	± 1.5	P
PE	4.0	5.5	5.9	-0.4	5.5	± 1.5	P
	-4.0	5.5	5.8	-0.3	5.5	± 1.5	P



## 校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: J202302080310A-0006-G1

第 5 页 共 6 页

Certificate No.

Page of

### 4、单脉冲持续时间

#### Single Pulse Duration Time

负载 Load (Ω)	电压设定值 Voltage (kV)	标称值 Nominal (ns)	实测值 Measured (ns)	误差 Error (ns)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)	允许误差 MPE (ns)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
50	0.25	50	57	-7	3.0	± 15	P
	0.5	50	56	-6	3.0	± 15	P
	1.0	50	56	-6	3.0	± 15	P
	2.0	50	56	-6	3.0	± 15	P
	4.0	50	56	-6	3.0	± 15	P
	-0.25	50	57	-7	3.0	± 15	P
	-0.5	50	56	-6	3.0	± 15	P
	-1.0	50	56	-6	3.0	± 15	P
	-2.0	50	57	-7	3.0	± 15	P
	-4.0	50	56	-6	3.0	± 15	P
1000	0.25		122		3.0	35 ~ 150	P
	0.5		120		3.0	35 ~ 150	P
	1.0		118		3.0	35 ~ 150	P
	2.0		108		3.0	35 ~ 150	P
	4.0		106		3.0	35 ~ 150	P
	-0.25		120		3.0	35 ~ 150	P
	-0.5		117		3.0	35 ~ 150	P
	-1.0		110		3.0	35 ~ 150	P
	-2.0		106		3.0	35 ~ 150	P
	-4.0		104		3.0	35 ~ 150	P

#### 耦合@50Ω

#### Couple@50Ω

线路 Line (/)	电压设定值 Voltage (kV)	标称值 Nominal (ns)	实测值 Measured (ns)	误差 Error (ns)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)	允许误差 MPE (ns)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
L1	4.0	45	48	-3	3.0	± 15	P
	-4.0	45	47	-2	3.0	± 15	P
L2	4.0	45	48	-3	3.0	± 15	P
	-4.0	45	47	-2	3.0	± 15	P
L3	4.0	45	48	-3	3.0	± 15	P
	-4.0	45	48	-3	3.0	± 15	P
N	4.0	45	48	-3	3.0	± 15	P
	-4.0	45	48	-3	3.0	± 15	P
PE	4.0	45	52	-7	3.0	± 15	P
	-4.0	45	51	-6	3.0	± 15	P

## 校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: J202302080310A-0006-G1

第 6 页 共 6 页

Certificate No.

Page of

### 5、脉冲群重复频率@4kV

#### Pulse Repetition Frequency

负载	电压设定值	标称值	实测值	误差	不确定度	允许误差	结论
Load	Voltage	Nominal	Measured	Error	$U_{rel}(k=2)$	MPE	Conclusion
( $\Omega$ )	(kV)	(kHz)	(kHz)	(kHz)	(%)	(kHz)	(Pass/Fail)
50	4.0	5	5.00	0.00	3.0	$\pm 1.00$	P
	4.0	100	101.0	-1.0	3.0	$\pm 20.0$	P
1000	4.0	5	5.00	0.00	3.0	$\pm 1.00$	P
	4.0	100	101.2	-1.2	3.0	$\pm 20.0$	P

### 6、脉冲群持续时间@4kV

#### Pulse Duration Time

负载	重复频率	标称值	实测值	误差	不确定度	允许误差	结论
Load	Frequency	Nominal	Measured	Error	$U_{rel}(k=2)$	MPE	Conclusion
( $\Omega$ )	(kHz)	(ms)	(ms)	(ms)	(%)	(ms)	(Pass/Fail)
50	5	15	14.9	0.1	3.0	$\pm 3.0$	P
	100	0.75	0.76	-0.01	3.0	$\pm 0.15$	P
1000	5	15	14.9	0.1	3.0	$\pm 3.0$	P
	100	0.75	0.76	-0.01	3.0	$\pm 0.15$	P

### 7、脉冲群周期

#### Pulse Period

负载	重复频率	标称值	实测值	误差	不确定度	允许误差	结论
Load	Frequency	Nominal	Measured	Error	$U_{rel}(k=2)$	MPE	Conclusion
( $\Omega$ )	(kHz)	(ms)	(ms)	(ms)	(%)	(ms)	(Pass/Fail)
50	5	300	301	-1	3.0	$\pm 60$	P
	100	300	300	0	3.0	$\pm 60$	P
1000	5	300	300	0	3.0	$\pm 60$	P
	100	300	300	0	3.0	$\pm 60$	P

备注:

Notes:

结论(Conclusion): 所校项目符合技术要求

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 $k$ 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor  $k$ .

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)